

	ALERTA SANITARIA	Código:	FOR-DGV-001
		Versión:	01
		Vigencia:	13/05/2025
		Página	1 / 3

MEDICAMENTO

TIPO DE INCIDENTE: Medicamento Falsificado

N.º de Alerta	04 /2026	Fecha	27/02/2026
Descripción del producto	Nombre comercial: T.G. 10		
	Principio Activo: Tirzepatida		
	Forma Farmacéutica: Solución Inyectable		
	Dosis: 10 mg/0,5 mL		
	Presentación del producto: 4 frascos viales con 0,5 mL		
	Lote: 62561		
	Vencimiento: 04/2027		
	N.º de registro sanitario: MS-005269-01		
Nombre del Fabricante	INDUFAR CISA		
Descripción y Magnitud del incidente			
La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) alerta a los profesionales de la salud y a la población en general sobre la falsificación de un lote del producto T.G. 10, en presentación de 4 frascos viales de 0,5 mL. Se ha confirmado que el producto es falsificado, debido a que su identidad ha sido deliberadamente tergiversada. El producto imita al T.G. 10 fabricado y comercializado por INDUFAR CISA, cuyo laboratorio titular ha confirmado que el producto objeto de la presente alerta no ha sido fabricado por dicha empresa. Asimismo, se detectaron diversas diferencias en el empaque, los frascos viales y las etiquetas. Los productos falsificados representan un riesgo para la salud de la población, ya que se desconoce su contenido, procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas utilizadas en su elaboración, por lo que no se garantiza su calidad, eficacia y seguridad.			

Fotografías



Tapa/Flip-off: tamaño porción gris y bordes de tapón irregulares del producto falsificado (izquierda).

Diferencia de la inscripción 0,5 mL, en el original existe un espacio entre el número y la unidad de medida; en tanto en el producto falsificado la inscripción “0,5mL”, va sin espacio.



La inscripción del Producto Original “0,5 mL” con espacio entre el número y la unidad, mientras que el producto falsificado “0,5mL” sin espacio.



Orden de colocación de datos (Vence/Lote). En el Producto falsificado (izquierda) aparece primero el vencimiento “V”, y luego el Lote “L” y en el original (derecha), el orden es a la inversa.

	ALERTA SANITARIA	Código:	FOR-DGV-001
		Versión:	01
		Vigencia:	13/05/2025
		Página	3 / 3

Recomendaciones

- De existir duda sobre la originalidad del producto, verifique lo indicado en las fotografías y notifique la sospecha de falsificación a través del siguiente formulario: [FOR-DGV-020. notificación de producto presuntamente ilegítimo](#) y en contacto con el titular del registro Sanitario INDUFAR CISA.
- Verifique siempre que el producto cuente con registro sanitario autorizado por DINAVISA, el cual debe estar indicado en su envase, verifique que los códigos **QR** del estuche del producto redirija a páginas de DINAVISA o instructivo del establecimiento.
- Notifique al organismo todo incidente relativo a efectos adversos, ausencia de eficacia terapéutica en el siguiente enlace <https://dinavisa.gov.py/reporte-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-y-vacunas/> o al correo farmacovigilancia@dinavisa.gov.py
- **No adquiera ni utilice productos identificados como “Tirzepatida” que se vendan por internet, redes sociales o canales no autorizados.**
- Adquiera siempre de establecimientos habilitados por DINAVISA.

Información de contacto

- **Correo electrónico:** postcomercializacion@dinavisa.gov.py
- **Botón de denuncias en la página web de DINAVISA**
- **Mediante una nota de denuncia** presentado en físico en las oficinas de DINAVISA
- **Llamada telefónica:** (021)45 36 66